

Α/Α	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
23 ΜΟΝΙΜΟΙ ΑΓΓΕΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΠΕΝΔΣΗΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ (Το εύρος και το μήκος τους θα ορίζονται στη διακήρυξη) CPV: 33181100-3	Αποστειρωμένοι, μιας χρήσης. Καθετήρες διπλού αυλού (σφαγνιδικοί/μηνιαίοι/ υποκλειδίοι). Να έχουν "cuff" για στερέωση του καθετήρα. Να παρέχουν δυνατότητα υψηλού ρυθμού ροής αίματος. Τα άκρα του καθετήρα να εφαρμόζουν πλήρως με όλες τις γραμμές αιμοκάθαρσης. Να έχουν ασφάλεια (κλιπ) προς αποφυγή τυχούσας διαρροής αίματος σε κάθε αυλό. Υλικό: πολυουρεθάνη/καρμποθάνη ή σιλικόνη. Τύπος: Δύο τύποι καθετήρων όσον αφορά το σχήμα τους: - Αυλοί σχήματος "D", για ομοαξονικού τύπου καθετήρες ή - Οι καθετήρες στο τελικό τμήμα να είναι τύπου "split". Αποστείρωση: Αιθουλενοξείδιο ή αιμός ή γ-ακτινοβολία. Εύρος: Θα ορίζεται στη διακήρυξη. Άκρα: Ευθεία ή προεκαμμένα Μήκος: Από 19 έως 50 εκατοστά "cuff-to-tip" (θα ορίζεται στη διακήρυξη) Ο καθετήρας να είναι ακτινοακτινός και πλήρως συμβατός με όλα τα συνήθως χρησιμοποιούμενα διαλύματα αποστείρωσης, που έχουν ως βάση το ιώδιο και το οινόπνευμα. Οι προεκτάσεις να είναι χρωματικά κωδικοποιημένες για άμεση αναγνώριση (π.χ. μπλε-κόκκινο). Στις προεκτάσεις να αναγράφεται ευκρινώς ο όγκος πλήρωσης του κάθε αυλού. Το αποσχιζόμενο θηκάρι εισαγωγής να έχει αιμοστατική βαλβίδα ασφαλείας, για αποφυγή αιμορραγίας και εισρόφησης αέρα. Αποστειρωμένοι, μιας χρήσης. Να είναι ακτινοακτινοί. Καθετήρες διπλού αυλού (σφαγνιδικοί/μηνιαίοι/ υποκλειδίοι). Να παρέχουν δυνατότητα υψηλού ρυθμού ροής αίματος. Τα άκρα του καθετήρα να εφαρμόζουν πλήρως με όλες τις γραμμές αιμοκάθαρσης. Να έχουν ασφάλεια (κλιπ) προς αποφυγή τυχούσας διαρροής αίματος σε κάθε αυλό. Υλικό: πολυουρεθάνη/καρμποθάνη ή σιλικόνη. Τύπος: Ομόκεντροι ή παράλληλοι αυλοί, με σπές πλευρικές ή στο άκρο του καθετήρα Αποστείρωση: Αιθουλενοξείδιο ή αιμός ή γ-ακτινοβολία. Εύρος: Θα ορίζεται στη διακήρυξη. Άκρα: Ευθεία ή καμμένα. Μήκος: Τρεις κατηγορίες(θα ορίζεται στη διακήρυξη) -15 ή 16 εκατοστά -20 εκατοστά -24 ή 25 εκατοστά Οι καθετήρες να συμπεριλαμβάνονται σε «σετ», το οποίο –εκτός από τον καθετήρα- να περιέχει: -Βελόνα παρακέντησης -Συμπίεσινο οδηγό με εύκαμπτο άκρο -Διαστολέα -Προστατευτικά πλώματα
24 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΓΓΕΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΠΕΝΔΣΗΣ ΓΙΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ (Το εύρος και το μήκος τους θα ορίζονται στη διακήρυξη) CPV: 33181500-7	