

ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΚ.54/2019 Α/Α 6 ΚΑΙ ΣΥΜΒ. 296/2019 & ΣΥΜΒ.
379/20

7	Μη ευένδοτα μπαλόνια αγγειοπλαστικής στεφανιαίων αγγείων CPV: 33111730-7	Καθετήρας μπαλόνι χαμηλής ενδοτικότητας για προδιαστολή ανθεκτικών στενώσεων και μεταδιαστολή στεφανιαίων ενδοπροθέσεων Να διαθέτει υδρόφιλη επικάλυψη ή τεχνολογία μείγματος πολυμερών, από ανοξείδωτο ατσάλι, για μεγαλύτερη προσπελασιμότητα και βελτιστοποίηση της προωθητικότητάς του. Να διαθέτουν χαμηλό προφίλ εισόδου 0,017". Να διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία μηκών (τουλάχιστον 8mm έως 30mm) και διαμέτρων (τουλάχιστον 2mm έως 5mm).
---	--	--