

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.	Σφικκτηροτόμος Τριπλού αυλού	α. Καθετήρας σφικκτηροτομής τριπλού αυλού , με ενισχυμένο κεκαμμένο άκρο β. Να διατίθεται με σύρμα κοπής 20mm, μονόκλωνο. γ. Το τελικό άκρο να διατίθεται με διάμετρο 4-5 Fr και μήκος 7 mm και στρογγυλοποιημένο. ε. Να φέρει κανάλι για χρήση συρμάτινου οδηγού 0.35'' και ξεχωριστό κανάλι για την έγχυση του σκιαγραφικού διαλύματος. στ. Να διατίθεται με διάμετρο καθετήρα 2.5mm και μήκος καθετήρα 210cm. ζ. Να είναι αποστειρωμένος, μιας χρήσης.
-----------	-------------------------------------	---