

	συγκόλλησης και διατομής αγγείων διαμέτρου έως και 7mm, με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας υπερήχων. Να διαθέτει τύπου πιστολοειδής χειρολαβή με δυο ενσωματωμένους χειροδιακόπτες επιλογής ενέργειας. Να διαθέτει κυρτή σιαγόνα μήκους 16mm, με παλμική επιμήκη κίνηση στα 47KHz. Το άκαμπτο άκρο της σιαγόνας να διαθέτει ειδική μόνωση για ακόμα μικρότερη θερμική διασπορά στους παρακείμενους ιστούς. Να διαθέτει τεχνολογία αντίληψης ιστού και αυτόματη διακοπή της ενέργειας όταν ολοκληρωθεί η διατομή του. Να είναι μιας χρήσης διαστάσεων 5mm x 35cm. Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει συνοδό εξοπλισμό – γεννήτρια στην οποία να προσαρμόζονται τα παραπάνω εργαλεία.	
6	Σύστημα πλύσης – αναρρόφησης τύπου τρομπέτας με διπλούς προσυνδεδεμένους σωλήνες, διαστάσεων διαμέτρου 5mm x 330 mm μήκους, με χρωματιστά κομβία λειτουργίας (μπλέ-κόκκινο). Να διατίθεται σε διπλή αποστειρωμένη συσκευασία.	1
6	Καλώδιο διπολικής σύζευξης με διαθερμία Autoseal 450 του οίκου Karl-Storz	1