

1.	Σωλήνες αναρρόφησης για άκαμπτο βρογχοσκόπιο(M.X.).	α. Να είναι μήκους 60 εκατοστών και διαμέτρου 3,4 χιλιοστών. β. Να είναι κατασκευασμένοι από διάφανο PVC και να φέρουν συνδετικόσλικόνης για σύνδεση με λάστιχο αναρρόφησης. γ. Να είναι αποστειρωμένοι, μιας χρήσεως.
----	---	---