

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ, ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ

1. Το υλικό κατασκευής των γαντιών θα πρέπει να είναι από νιτρίλιο και μη αποστειρωμένο
2. Το μήκος των γαντιών να είναι κατ' ελάχιστο 300 και για την τεκμηρίωση θα πρέπει να προσκομίζονται αποτελέσματα εργαστηριακών ελέγχων από διακριβωμένο εργαστήριο.
3. Το χρώμα των γαντιών να είναι πράσινου χρώματος για να διαφέρουν από τα κοινά γάντια.
4. Η δύναμη θραύσης των γαντιών θα πρέπει να είναι κατ' ελάχιστο 8N πριν και μετά τη γήρανση (Newton) και για την τεκμηρίωση θα πρέπει να προσκομίζονται αποτελέσματα ελέγχων από διακριβωμένο εργαστήριο.
5. Θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα EN 455-1,2,3, EN420, EN421, EN 374-1,2,3 .
6. Θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα ως μέσα ατομικής προστασίας και να έχουν πιστοποιητικό CE σύμφωνα με την οδηγία 89/686/ΕΟΚ το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί από Κοινοποιημένο Οργανισμό.
7. Θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί ως προς την αντοχή και ανθεκτικότητά τους σε απολυμαντικά και χημικά όπως Glutaraldehyde 50%, Formaldehyde 35% και 24.5%, Cidex OPA, Cidex, Anioxyde 1000, Sulphuric acid 50%, Sodium Hydroxide 50%, Methylviolet 1%, Kerosene, Iso-octane, Hydrogen Bromide 49%, Hexane, Heptane, Diesel, Cyclohexane, Acrylamide 40% με αποτέλεσμα κατ'ελάχιστο 480 λεπτά χρόνο διεύδυσης και για την τεκμηρίωση θα πρέπει να προσκομίζονται αποτελέσματα ελέγχων.
8. Για τη διασφάλιση της άνεσης στο χρήστη το πάχος των γαντιών δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 0,14mm στα δάχτυλα, 0,13mm στην παλάμη και 0,11mm στην μανσέτα