

ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΟΡΟΦΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Παροχή: ΟΧΡ51/ΧΕΙ1

Α.Ε.: 2088

Ποσότητα

3 ΤΜΧ

Κωδικός

Περιγραφή

651500000946

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΗΤΡΑΣ

ΜΙΛΣ ΧΡΗΣΟΣ

ΔΗΕΝ

Ημερ/νία:/...../.....

Ωρα:

Α.Π.:

Τεχνικές Προδιαγραφές:

Να είναι ασφαλής και ατραυματικός.

Να παρέχει ευρεία κινητοποίηση της μήτρας, 90° (μοιρών) προς όλες τις κατευθύνσεις.

Να έχει ενσωματωμένο μπαζόνι για ενδομήτρια υπερύψωση. Και να έχει δεύτερο προβαρτημένο μπαζόνι που να μην επιτρέπει τη διαφυγή αέρα από το περιτόναιο.

Να έχει αυτό για έλεγχο της διαβατότητας των βελήων.

Να είναι εύκολο στην χρήση και να ελέγχει απόλυτα τη μήτρα.

Να μην επιτρέπει την παλινδρόμηση του διαχωφέματος της ενδομετρικής ή του βλάστη του μεθυσανίου δια του τραχήλου όταν έλεγχος της βατότητας των βελήων.

- Να προσκομίζεται δείγμα
- Να είναι πρόσφατης παραγωγής και χωρίς ημερομηνίας λήξης