

πράξης, απαιτούνται τα παρακάτω είδη αναλώσιμα χειρουργικά:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
1	Μηχανική βαλβίδα αορτικής θέσης με χαρακτηριστικά 1. Κατασκευή από πυρολυτικό άνθρακα 2. Να έχει άνοιγμα πτερυγίων τουλάχιστον 85 μοιρών
2	Μηχανική βαλβίδα αορτικής θέσης ειδικά σχεδιασμένη για υπερβαλβιδική εμφύτευση με χαρακτηριστικά Κατασκευή από πυρολυτικό άνθρακα Να έχει άνοιγμα γλωχίνων ως 80 μοίρες και διαγραφόμενο τοξο ως 60 μοίρες
3	Μηχανική βαλβίδα αορτικής θέσης με χαρακτηριστικά Καμπύλες γλωχίνες Να έχει άνοιγμα πτερυγίων έως 80 μοίρες
4	Μηχανική βαλβίδα αορτικής θέσης με χαρακτηριστικά Ειδικά σχεδιασμένη (FDA Approval) για ρύθμιση INR 1.5 Άνοιγμα πτερυγίων 90°
5	Μηχανική βαλβίδα αορτικής θέσης ειδικά σχεδιασμένη για υπερβαλβιδική εμφύτευση
6	Ευθύ μόσχευμα ανιούσας αορτής χωρίς πλάγιο κλάδο
7	Ευθύ μόσχευμα ανιούσας αορτής με πλάγιο κλάδο

Παραλαβή αιτήματος
Γραφείο Παραγγελιών

2.6.11.20