

2108

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΜ	ΠΙΘΑΝΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1	Ολοκληρωμένο σύστημα θωρακοσφυϊκής σταθεροποίησης με δυνατότητα: • διεγχειρητικής επιλογής διαμέτρου ράβδου (5.5 - 6.0) διαφορετικών σκληροτήτων ευθείες και προκυρτωμένες. • Με χρήση μονοαξονικών και πολυαξονικών βιδών, μονού και διπλού βήματος σπείρας, αυλοφόρων και διαμέτρων 4,5 - 5,5 - 6,5 - 7,5-8,5 mm μήκους από 25mm έως και 60mm, με μηχανισμό κλειδώματος toploading αποσπώμενης κεφαλής. Πλήρως συμβατό με σύστημα νευροπλοήγησης Navigation (απεικόνιση εργαλείων και εμφυτευμάτων) καθώς και δυνατότητα διαδερμικής τοποθέτησης. • Εγκάρσια συνδετικά (Cross link)	2 4 1	
2	Ηλεκτρόδια για διέγερση και καταγραφή κάτω άκρων αμφοτερόπλευρα για Σωματοαισθητικά και Κινητικά προκλητά δυναμικά και Συνεχής ηλεκτρομυογραφική παρακολούθηση κάτω άκρων. Να περιλαμβάνει χειρουργικό εργαλείο απόξεσης ιστών μιας χρήσης με ταυτόχρονη ηλεκτρική μονοπολική διέγερση καθώς και ορθικό ηλεκτρόδιο τύπου ορθοσκοπίου για έλεγχο ιερών ριζών.	1	
3	Οστικό μόσχευμα DBM 5 cc	1	
4	Αιμοστατική γέλη με την πιο αυξημένη πυκνότητα σε θρομβίνη	2	
5	Απορροφήσιμος βιοενεργός αιμοστατικός παράγοντας σε μορφή γέλης με τουλάχιστον 2.500 θρομβίνη και ατελοκολλαγόνο (υψηλής περιεκτικότητας κολλαγόνο). Το μείγμα της θρομβίνης και του ατελοκολλαγόνου να είναι ομογενοποιημένο και ο φορέας να είναι προφορτωμένος σε σύριγγα ώστε η ανάμειξη να γίνεται σε λιγότερο από τριάντα δευτερόλεπτα.	2	
6	Αντικοιτικές διπολικές λαβίδες μήκους 18, 20 και 23cm και πάχους 0.5, 1.0 και 1.5 cm τύπου Mallis με το συμβατό καλώδιο σύνδεσης στην πηγή. Να συνοδεύεται από πηγή διπολικής διαθερμίας στα 4MHz	2	