

η καθυστέρηση της οποίας εγκυμονεί κινδύνους για εμφάνιση επιπλοκής της υγείας ή της ζωής του ασθενούς. Για τη διενέργεια της συνολικής επέμβασης απαιτούνται τα παρακάτω ειδικά αναλώσιμα χειρουργικά

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΜ
1	Μηχανική βαλβίδα αορτικής θέσης με χαρακτηριστικά Κατασκευή από πυρολυτικό άνθρακα Να έχει άνοιγμα πτερυγίων τουλάχιστον 85 μοιρών	1
2	Βιοπροσθετική βαλβίδα αορτικής θέσης με χαρακτηριστικά Κατασκευή από βόειο και χοίρειο περικάρδιο Να έχει διευρυσμένο και ανάγλυφο δακτύλιο Να έχει μηχανισμό εύκολης προώθησης	1
3	Βιοπροσθετική βαλβίδα αορτικής θέσης με χαρακτηριστικά Να είναι αυτοεκπτυσσόμενη ή να εκπτύσσεται με μπαλλόνι Να καθελώνεται με ελάχιστα ή χωρίς ράμματα	1
4	Μηχανική βαλβίδα αορτικής θέσης ειδικά σχεδιασμένη για υπερβαλβιδική εμφύτευση με χαρακτηριστικά Κατασκευή από πυρολυτικό άνθρακα Να έχει άνοιγμα γλωχίνων ως 80 μοίρες και διαγραφόμενο τοξο ως 60 μοίρες	1
5	Μηχανική βαλβίδα αορτικής θέσης με χαρακτηριστικά Καμπύλες γλωχίνες Να έχει άνοιγμα πτερυγίων έως 80 μοίρες	1
6	Βιοπροσθετική βαλβίδα αορτικής θέσης με χαρακτηριστικά Μονο ιστό βοείου περικαρδίου Πολυμερές ελαστικό στέντ	1
7	Βιοπροσθετική βαλβίδα αορτικής θέσης με χαρακτηριστικά Μονο ιστό βοείου περικαρδίου Διατήρηση σε ξηρές συνθήκες Μηχανισμό επεκτεινόμενου δακτυλίου	1
8	Βιοπροσθετική βαλβίδα αορτικής θέσης με χαρακτηριστικά 1. Να είναι αυτοεκπτυσσόμενη 2. Να καθελώνεται χωρίς ράμματα	1
9	Αυτοματοποιημένο σύστημα για την τοποθέτηση και στήριξη ραμμάτων σε περιπτώσεις προσθετικών βαλβίδων ή δακτυλίων πλαστικής με τη χρήση clips από τιτάνιο. Η συσκευασία να περιέχει 2 συσκευές πυροδότησης και να συνοδεύεται από 12 clips. Να υπάρχει η δυνατότητα μεμονωμένων clips.	1

Αθήνα, 19/1/2