

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Συσκευή παροχέτευσης θώρακος (Billaw)

Ενιαία μονάδα θωρακικής αποχέτευσης 3 ή 4 θαλάμων

Αναλυτικά με :

Θάλαμο συλλογής υγρών χωρητικότητας τουλάχιστον 2000ml.

Θάλαμο που να δείχνει την πνευμονική πίεση του ασθενούς.

Θάλαμο νερού για τον έλεγχο της αναρρόφησης.

- Το Billaw να μπορεί να λειτουργήσει τόσο με τη βαρύτητα όσο και με την αναρρόφηση.

Η συσκευή θα πρέπει να φέρει :

- Βαλβίδα εκτόνωσης της πίεσης .

- Βαλβίδα ασφαλείας της θετικής πίεσης.

- Επιπρόσθετη βαλβίδα ασφαλείας για άμεση εκτόνωση της αρνητικής πίεσης.

- Σημείο σύνδεσης με την αναρρόφηση.

- Ευανάγνωστες ενδείξεις σε ml σε όλους τους θαλάμους.

- Δύο υποδοχές παροχέτευσης

- Προσυνδεδεμένο σωλήνα σύνδεσης με τον καθετήρα του ασθενούς που να καταλήγει σε ρύγχος (συνδετικό) που να

ταιριάζει με όλους τους τύπους και τα νούμερα των

θωρακικών καθετήρων.

- Να είναι αποστειρωμένο, μιας χρήσης.