

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ N. 4, 105MM ΑΠΟ PVC LATEX FREE M.X. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ

Ανάλογα με το νούμερο να φέρουν χρωματιστές ενδείξεις Να είναι Latex free Να είναι αποστειρωμένοι Να είναι σκληροί και να μην κάμπτονται Να έχουν επαρκές εύρος ώστε να περνάει καθετήρας αναρρόφησης Η καμπυλότητά τους να προσαρμόζεται με εκείνη του στόματος.

2. FOLLEY 2WAY LATEX ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗΣ

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ(HYDROGEL). ΕΝΗΛΙΚΩΝ 16CH ΜΗΚΟΣ 40CM ΠΕΡΙΠΟΥ

Καθετηρες folley 2 way. Να είναι κατασκευασμένοι από LATEX με επικαλυψη υδροφιλης πολυουρεθανης (HYDROGEL), από υλικό μη-ερεθιστικό, μεγαλης αντοχης , να είναι αποστειρωμένοι, να εχουν υδροθαλαμο 5 -10 cc με βαλβιδικο μηχανισμο στεγανοτητος και να διατίθενται σε μεγέθη FR/CH 14,16,18,20 και μήκος 40-45 cm

3. Σωληνάρια γυάλινα κενού αέρος για τον αυτόματο προσδιορισμό της TKE. Να φέρουν διπλή ευκρινή ένδειξη στάθμης για την αποφυγή ανεπαρκούς ποσότητας δείγματος .Να περιέχουν κιτρικό νάτριο 3,8% και να αναρροφούν ποσότητα αίματος μικρότερη από 1,5 ml. Η TKE να εξάγεται σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από 30 λεπτά και τα αποτελέσματα να ανάγονται σε 1η ώρα Westergren. Να διαθέτει ενσωματωμένο πρόγραμμα διεθνούς πτοιοτικού έλεγχου και να προσφερθούν τα αντίστοιχα υλικά.

4. 27. ΠΟΛΥΒΡΥΣΑ ΤΡΙΩΝ ΟΔΩΝ (3WAY) ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

10CMΠολύβρυσα τριών οδών (3-way) με προέκταση 100 cm.

1.Να είναι αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία με εύκολο άνοιγμα

2.Να είναι αριστερόστροφα και δεξιόστροφα με περιστροφή 360°

3.Να διαθέτουν ενσωματωμένη προέκταση 100 cm

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΥΠΑΙΤΗΣ (ΔΥ)

4. Να διαθέτουν δύο áκρα με θηλυκό luer-lock και το áκρο της προέκτασης με αρσενικό luerlock με ανεξάρτητη κίνηση (χωρίς δηλαδή η περιστροφή του συστήματος να μεταφέρει την κίνηση στην φλέβα του ασθενούς).
5. Όλα τα áκρα (δηλαδή και τα τρία) να φέρουν καλά εφαρμοσμένο πώμα και να είναι στεγανά
6. Να έχουν καλή ανταπόκριση στους εξωτερικούς χειρισμούς και να είναι εύχρηστα στο χειρισμό
7. Να φέρει σήμανση CE8. Να είναι LATEX FREE και DEHP FREE.