

- Η ζώνη μετάπτωσης από το κυρίως σώμα στη βελόνα να έχει σχήμα κωνικό για αποφυγή τραυματισμού.
- Να διατίθεται σε ατομική συσκευασία.
- Να φέρει σήμανση CE.

ΘΗΚΑΡΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΑΚΡΟ

- Να έχει διάμετρο 8,5 F.
- Να διαθέτει ακτινοσκοιρό άκρο, αιμοστατική βαλβίδα και πλαϊνό σωληνίσκο για έγχυση ή αναρρόφηση.
- Να έχει κωνικό (tapered) περιφερικό άκρο για ασφαλέστερη διατοιχωματική παρακέντηση.
- Να διαθέτει λιπαντική επίστρωση στο εσωτερικό του για εύκολη εισαγωγή και προώθηση συσκευών.
- Να διατίθεται σε μήκος 60 cm, 79.4cm και 101.4 cm.
- Να διατίθεται σε ποικιλία καμπυλών και συγκεκριμένα σε 15, 30, 55, 120 και 150 μοίρες.

ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΚΑΠΟΛΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΚΥΡΤΟΤΗΤΑΣ

- Το υλικό κατασκευής τους να είναι από πολυουρεθάνη ενισχυμένη με συρμάτινο πλέγμα και πυρήνα από μεταλλικό σπείραμα.
- Οι πόλοι τους να είναι κατασκευασμένοι από πλατίνα για να έχουν σταθερό ουδό ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής στο σώμα του ασθενή.
- Να έχουν μαλακό, ατραυματικό άκρο.
- Το σύρμα καμπυλότητας να είναι αγκιστρωμένο στο άκρο του καθετήρα, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή ομοακτινική καμπύλη και τοποθέτηση του καθετήρα σε δύσκολες ανατομίες.
- Να μένουν σταθερά στο σημείο τοποθέτησής τους.
- Να έχουν διάμετρο 6 F.
- Το σύστημα του εξωτερικού χειρισμού της μεταβαλλόμενης καμπύλης να είναι εύκολο στη χρήση και τύπου push/pull.
- Να υπάρχει η δυνατότητα περιστροφής του σώματος του καθετήρα κατά την περιστροφική κίνηση μόνο του χειριστηρίου push/pull και όχι ολόκληρης της λαβής.

ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΔΕΚΑΠΟΛΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΚΥΡΤΟΤΗΤΑΣ