

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α.Ε.: 210
ΛΗΞΗ
Ημερ/νία: 02/02/2003
Όρα:
Α.Π.:

1

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ

Να είναι αποστειρωμένες, ελεύθερες πυρετογόνων ουσιών, μη τοξικές και να αποτελούν πλήρες σύστημα χορήγησης υγρών. Να είναι διαφανείς λείες, εύκαμπτες και απαλλαγμένες από ξένα σώματα. Το ρύγχος διάτρησης να είναι κατάλληλο για το τρύπημα της στήλης, να έχει προστατευτικό κάλυμα και να είναι σύμφωνα με το ISO: 8536/2004. Να έχει επιφάνεια λεία και οι χρωστικές ουσίες του πλαστικού να μην περιέχουν κάδμιο. Να είναι LATEX FREE και απολλαγμένο από φθαλικά άλατα (DEHR-Free). Να είναι από υλικό PVC που να πληρεί τις προδιαγραφές. Ο αεραγωγός να φέρει μικροβιοκρατές φίλτρο Teflon το οποίο να μην εμποδίζει τη ροή του υγρού. Το φίλτρο να είναι υδρόφοβο, να μην επιτρέπει την παλινδρόμηση του αέρα και να έχει διάμετρο πόρων 15mm. Να έχει σταγονοθάλαμο διαφανή και η απόσταση μεταξύ του άκρου σταγωναλίου του σταγονοθαλάμου δεν θα πρέπει να πλησιάζει περισσότερο από 5 mm στο τέλος του σωλήνα. Ο κύριος σωλήνας να είναι εύκαπτος, διαφανής, να έχει μήκος περίπου 150 cm απόκλιση +/-20 cm και να είναι ισοπαχής 3mm περίπου. Να έχει άκρο luer lock. Να έχει υποδοχή για την προσθήκη φαρμάκων και να μην υπάρχει διαρροή μετά την απομάκρυνση της βελόνας. Είκοσι (20) σταγόνες αποσταγμένου νερού του σωλήνα του σταγονοθαλάμου να μεταφέρουν όγκο 1ml+ 0,1 ml. Όλα τα τμήματα του να έχουν ικανοποιητική αντοχή σε συνηθισμένες μηχανικές πιέσεις. Να έχει ρυθμιστή τύπου (adelberg), να είναι ανοιχτός κατά την αποθήκευση, το ρόλερ να μη φεύγει από το κλείστρο. Τα προστατευτικά καλύματα να παραμένουν στην θέση τους μέχρι τη χρήση και να απομακρύνονται εύκολα.

2

ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΩΝΩΝ ΜΕ
ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ (Micro-
drip)

Να είναι αποστειρωμένες, ελεύθερες πυρετογόνων ουσιών, μη τοξικές και να αποτελούν πλήρες σύστημα χορήγησης υγρών. Να φέρουν διατηρητικό ρύγχος από σκληρό πλαστικό με καπάκι το οποίο δε θα παραμορφώνεται κατά τη διάτρηση του σημείου εισόδου στο πώμα φιάλης και προστατευτική δακτυλολαβή. Να φέρουν ενσωματωμένο διαφανή μαλακό σταγονοθάλαμο, για το οπτικό έλεγχο ροής του διαλύματος με ενσωματωμένο φίλτρο διαλύματος, για την πλήρη κατακράτηση σωματιδίων. Να φέρουν ενσωματωμένο αεραγωγό, που διευκολύνει την ομαλότερη ροή υγρού, με ειδικό υδρόφοβο φίλτρο συγκράτησης μικροοργανισμών. Να έχουν εύκαμπτο, διαφανή και άχρωμο σωλήνα από PVC και DEHP free, μήκους 200-220cm. Να φέρει ενσωματωμένο σύστημα παροχής μικροσταγόνων όπου απελευθερώνονται από το σταγονοθάλαμο 60 μικροσταγόνες =1ml. Να φέρει επακριβούς ωριαίου ρυθμιστή ροής, για μεγαλύτερη ακρίβεια ρύθμισης της ταχύτητας έγχυσης του διαλύματος (ml/ώρα). Η ροή των μικροσταγόνων να είναι σταθερή σε όλη την διάρκεια της έγχυσης και να μην απαιτεί επαναρρύθμιση. Να φέρει πλάγια διακλάδωση τύπου Y με υποδοχέα Latex free για ταυτόχρονη προσθήκη ενέσιμων διαλυμάτων. Να είναι αποστειρωμένο και απαλλαγμένο από πυρετογόνες και τοξικές ουσίες. Τα άκρο του σωλήνα να καταλήγει σε αρσενικό με σύστημα ασφαλείας Luer Lock. Ο ρυθμιστής ροής να είναι τύπου adelberg, τοποθετημένος σε σημείο που να μην υπάρχει κίνδυνος απορρύθμισής του από τον μικρό ασθενή. Το Προϊόν να συνοδεύεται από αντίστοιχα πιστοποιητικά, με τις διεθνείς προδιαγραφές (σήμανση CE και πιστοποίηση σειράς ISO9001:2000). Να κατατεθούν τα πρωτότυπα πιστοποιητικά ή επικυρωμένα αντίγραφα. Η συσκευή να πληροί τους διεθνείς όρους ασφάλειας, κατασκευής και συντήρησης.

3

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Να είναι αποστειρωμένες, ελεύθερες πυρετογόνων ουσιών, μη

Γραφείο Παραγωγικών Την .

1

25 JAN 2003