

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι ενδοβρογχικοί βωλήνες να είναι διηλυό αυλού για εταλλακτικό αερισμό του ενός ή του άλλου βρόγχου ή και των δυο ταυτόχρονα και να διαθέτουν cutoff βρόγχου, κυλινδρικού σχήματος, μλπε χρώματος για εύκολη αναγνώριση. Το τραχειακό cutoff να έχει κυλινδρικό σχήμα, να είναι διαφανές και χαμηλής πίεσης για να μην τραυματίζει την τραχεία. Ο βωλήνας να φέρει λευκή ακτινοδιαγνώσιμη γραμμή ως το κατωφρέστερο άκρο του βωλήνα για εύκολη αναγνώριση κατά την εισαγωγή βροχοσκοπίου οπτικών ινών. Έκτος του ενδοβρογχικού βωλήνα υπάρχει προεισαγμένος οδηγός, ο οποίος δύναται να καμφθεί κατά τη βούληση του γιατρού για την ευκολότερη και ασφαλέστερη διασωλήνωση του ασθενή. Να είναι διαθέσιμοι σε μεγέθη 26, 28, 35, 37, 39, για αριστερό βρόχο. Έκτος του set να περιέχονται και 2 ζωηρά βινδύματα διπλής περιστροφής με χρωματική - λευκή είδειξη αντίστοιχη με το πλώμα του αυλού που αερίζεται και να φέρουν οπή αναρρόφησης και βροχοσωλήνωσης. Να περιλαμβάνεται μαθετήρας αναρρόφησης επί της συσκευασίας. Να είναι σπορσειρωμένοι και μιας χρήσεως.

Απαιτήση ή προδιαγραφή δείγματος

πό το
Γραφείο Παραγγελιών την :

Απόφαση ΔΔΜ

ΓΕΝ ΔΧΣΗ

16/3/23

ΓΜΠ/ΜΑ

Τμήμα