

① Συμβατό με αναπνευστήρα Savina Dragger

② Να προωμιούται δείγμα απαραίτητως

③ Συνδετικό φακιοσωλήνα μήκους τουλάχιστον 20cm με μία εξωτερική επιφάνεια, το οποίο να εφαρμόζει στα υπάρχοντα κοιλώματα (διαμέτρος συνδετικών 22mm) και με όλα τα φίλτρα και τους ενδοτραχειακούς του εξοπλισμού. Να φέρει ένδειξη 22Fr στην πλευρά του κυκλώματος. Το μέγεθος των σωλήνων να εξασφαλίζει τον ελάχιστο νευρό όγκο χωρίς να επηρεάζεται ο αερισμός του ασθενή. Να διαθέτει συνδετικό διηλεκτρικό περιεστρώσης στο άκρο του με νόμιμα για την αναρρόφηση και τη βροχοσωλήνηση. Να είναι αποστειρωμένο για έναν ασθενή.

Προσωπική 15cm - διαφ. εξωτερικό με συνδετικό μήκους 360° με οπές αναρρόφησης - βροχοσωλήνησης 6cm μαγνητικό άκρο ασφαλείας, που δε προσεγγίζει, για προστασία από διαρροές.

A.E. 1957
ΛΗΕΗ
19 06/23