

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
3.	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ (διαφόρων μεγεθών που θα ορίζει η διακήρυξη)	Να είναι αποστειρωμένα μίας χρήσης με ακτίνες "γ", χωρίς τοξικά κατάλοιπα. Από φυσικό Latex, χωρίς πουδρα. Να έχουν άριστη εφαρμογή. Να είναι λεπτά και ανθεκτικά και να μην επηρεάζουν την αφή του χρήστη. Να είναι ελαστικότητα τους να είναι τέτοια ώστε να μην εμποδίζεται η κινητικότητα των δακτύλων. Σε συσκευασία ανά ζεύγος. Να αναγράφεται το μέγεθος και το δεξι-αριστερό στο πάνω μέρος του κάθε γαντιού. Να μην σπάει το γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος του με ενισχυμένο πάχος, ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλής συγκράτηση του γαντιού. Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα για μικροσπές. Να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των προτύπων: - ΕΛΟΤ EN 455-1 (Έλεγχος για την ανίχνευση σπών). - ΕΛΟΤ EN 455-2 (Δοκιμή και έλεγχος των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώ- τατα όρια αντοχής). - ΕΛΟΤ EN 455-3 (Αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας). Να έχουν ημερομηνία λήξης πάνω από 3 χρόνια. Να είναι πρόσφατης παραγωγής και αποστείρωσης.