

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	
3.	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΑΡΑ (διαφόρων μεγεθών που θα ορίζει η διακήρυξη) 6515/19003	Να είναι αποστειρωμένα μίας χρήσης με ακτίνες "γ", χωρίς τοξικά κατάλοιπα. Από φυσικό Latex, χωρίς πούδρα. Να έχουν άριστη εφαρμογή. Να είναι λεπτά και ανθεκτικά και να μην επηρεάζουν την αφή του χρήστη. Η ελαστικότητά τους να είναι τέτοια ώστε να μην εμποδίζεται η κινητικότητα των δακτύλων. Σε συσκευασία ανά ζεύγος. Να αναγράφεται το μέγεθος και το δεξι-αριστερό στο πάνω μέρος του κάθε γαντιού. Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος του με ενισχυμένο πάχος, ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλής συγκράτηση του γαντιού. Να είναι ηλεκτρονικά ελεγμένα για μικροοπές. Να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των προτύπων: - ΕΛΟΤ EN 455-1 (Έλεγχος για την ανίχνευση οπών). - ΕΛΟΤ EN 455-2 (Δοκιμή και έλεγχος των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κατώτατα όρια αντοχής). - ΕΛΟΤ EN 455-3 (Αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας). Να έχουν ημερομηνία λήξης πάνω από 3 χρόνια. Να είναι πρόσφατης παραγωγής και αποστείρωσης.

Παραλαβή αιτήματος από το
Γραφείο Παραγγελιών την :

2/6/23

Ε.Π. 1855
Α.Π. 13/06/23