

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
3.	ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΑΡΙΣ ΠΟΥΔΑΡΑ (διαφόρων μεγεθών που θα ορίξει η διακήρυξη)	Να είναι αποστειρωμένα μιας χρήσης με ακτίνες "Υ", χωρίς τοξικά κατάλοιπα. Από φυσικό Latex. Χωρίς πούδρα. Να έχουν άριστη εφαρμογή. Να είναι λεπτά και ανθεκτικά και να μην επηρεάζουν την αφή του χρήστη. Η ελαστικότητά τους να είναι τέτοια ώστε να μην εμποδίζεται η κινητικότητα των δακτύλων. Σε συσκευασία ανά ζεύγος. Να αναγράφεται το μέγεθος και το δεξι-αριστερό στο πάνω μέρος του κάθε γαντιού. Η μανσέτα του γαντιού να είναι ενισχυμένη καθ' όλο το μήκος του με ενισχυμένο πλάτος, ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλής συγκράτηση του γαντιού. Να είναι ηλεκτρονικά ελεγχμένα για μικροσπές. Να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των προτύπων: - ENOT EN 455-1 (Έλεγχος για την ανίχνευση οπών). - ENOT EN 455-2 (Δοκιμή και έλεγχος των φυσικών ιδιοτήτων των γαντιών όπως και τα κάτω-τάτα όρια αντοχής). - ENOT EN 455-3 (Αξιολόγηση της βιολογικής ασφάλειας). Να έχουν ημερομηνία λήξης πάνω από 3 χρόνια. Να είναι πρόσφατης παραγωγής και αποστείρωσης.