

1. Προφορτωμένα αιμοστατικά κλιπ μιας χρήσεως για την αντιμετώπιση γαστρεντερολογικών αιμορραγιών. Να είναι φορτωμένα σε καθετήρα μήκους 155 cm ή και 235 cm. Να διαθέτουν άνοιγμα διαμέτρου 11mm & μήκος 5.1mm. Να έχουν δυνατότητα ανοίγματος και κλεισίματος έως και πέντε φορές πριν από την τελική απελευθέρωσή τους και να είναι συμβατά με κανάλι εργασίας 2,8mm. Να διαθέτει λαβή με χαρακτηριστικό ήχο επιβεβαίωσης κατά την απελευθέρωση. Να είναι συμβατά με μαγνητικό τομογράφο, να έχουν ένδειξη προφυλακτικής χρήσης μετά από πολυτομή, ενδοσκοπικού μαρκαρίσματος, διατρήσεων < 2cm και καθήλωση καθετήρων σίτισης. Ο καθετήρας να διαθέτει θηκάρι για την προστασία του ενδοσκοπίου κατά την εισαγωγή. Να διαθέτει βιβλιογραφική τεκμηρίωση αποτελεσματικότητας τουλάχιστον 5 ετών. (RESOLUTIONCLIPS)