

ΥΛΙΚΟ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Λαπαροσκοπική λαβίδα ισχυρής σύλληψης M.X.	1. Να είναι λαβίδα ισχυρής σύλληψης , τύπου Endoclinch, σιαγόνων διπλής ενέργειας, με ισχυρή μόνωση σε όλο το μήκος του στυλεού μέχρι την άρθρωση των σιαγόνων. 2. Να είναι μαύρου χρώματος για αποφυγή αντανάκλασης του φωτός 3. Να διαθέτει εργονομική χειρολαβή με καμπύλη σχεδίαση και άρθρωση με κίνηση στο οπίσθιο μέρος, μέσω του αντίχειρα και ανεξάρτητη θέση στήριξης μικρού δακτύλου στο εμπρόσθιο μέρος. 4. Να διαθέτει μηχανισμό κλειδώματος ο οποίος να ενεργοποιείται ή να τίθεται εκτός λειτουργίας με το πάτημα ενός κουμπιού (ON/OFF) στο κέντρο της χειρολαβής. 5. Να διαθέτει υποδοχή σύνδεσης μονοπολικής διαθερμίας, περιστρεφόμενη, για αποφυγή συστροφής του καλωδίου, τοξωτής σχεδίασης, για ασφαλή σύνδεση, τοποθετημένη στο επάνω μέρος της χειρολαβής υπό γωνία 45 μοιρών. 6. Απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος.