

- Απαιτείται προσκόμιση δείγματος
- Οι ποσότητες να είναι ετοιμοπαράδοτες.
- Επιθυμούνται προσδιογραφίες

Ενδοτραχειακοί σωλήνες spiral με cuff ενισχυμένοι σε όλο το μήκος του με ελικοειδές ενσωματωμένο τύφρα στο ανοξείδωτο ατσάλι, με πυκνή σπείρωση που αποτρέπει το τσακισμό του σωλήνα (burst resistant). Να είναι απόλυτα διαφανείς, ειδικά κατασκευασμένοι από καθαρά, θερμостаθετή διαφανές PVC νοσοκομειακού τύπου. Ο ελληνικός πλ.σμός του cuff να είναι ενσωματωμένος στον ενδοτραχειακό σωλήνα. Πάνω στον πλ.σμό να αναγράφεται το Νο του σωλήνα και η διάμετρος έκπτυξης του cuff. Να καταλήγουν σε συνδεδεμένο 15mm. Να διαθέτουν πλήρη διαγράμμιση και αρίθμηση, με μεγάλα & ευδιάκριτα στοιχεία, μαρκίασμα pre-cut, ακτινοσκοπική γραμμή καθ' όλο το μήκος τους και μεγάλο ακτινοσκοπικό δακτύλιο σε πλήρη περίμετρο του σωλήνα και σε απόσταση 1-3 εκ. άκρων του cuff για ένδειξη τοποθέτησης κάτω από τις φωνητικές χορδές. Να είναι ευκρινώς διαβιβάσιμοι και αριθμημένοι και τα μεγέθός τους να αναφέρεται και στα δύο άκρα του σωλήνα.

Να έχουν εξωτερική ανάλωση εξωτερικής προς εσωτερική διάμετρο του σωλήνα, μηχανική μινιμότερη των 1,4 σε όλα τα μεγέθη (1,3 έως 1,36) Ελεύθεροι latex, μιας χρήσης.

Να αναγράφονται επί της συσκευασίας οι οδηγίες χρήσης και οι προειδοποιήσεις και στην Ελληνική γλώσσα.