

1 Εμφυτευόμενος απινιδωτής δύο κοιλοτήτων τύπου DDDR με θύρα σύνδεσης τεχνολογίας DF-4, ειδικής κατασκευής για να είναι ασφαλής κατά την διάρκεια εξέτασης ολόσωμης μαγνητικής τομογραφία ,1,5T και 3T (MRI safe defibrillator, FB) και με δυνατότητα ενεργοποίησης, έως και 14 ημέρες προ της διεξαγωγής της μαγνητικής, ειδικού αισθητήρα ανίχνευσης εισαγωγής σε μαγνητικό πεδίο, με σκοπό την αυτόματη ενεργοποίηση λειτουργίας MRIMODE και τον αυτόματο επαναπρογραμματισμό σε μόνιμο πρόγραμμα κατά την απομάκρυνση από αυτό.

Αθήνα 7/10/2024

Διγης Κλινική ΙΡΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΑΧ: 130556
ΤΑ: 03026507

Γραφείο