

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΜ
1	Υλικό αποκλεισμού του αριστερού ωτίου, ατραυματικό, να αποκλείει πλήρως τη βάση του ωτίου, να προσφέρεται σε διάφορα μεγέθη, να έχει εύκαμπτο άξονα για εύκολη τοποθέτηση, να έχει εργονομική λαβή, να διαθέτει CE MARK	1
2	Καθετήρας που να λειτουργεί με διπολική ραδιοσυχνότητα, να διαθέτει παράλληλους σφιγκτήρες για παροχή ενέργειας καθόλο το μήκος του με σταθερή πίεση, να διαθέτει δυναμικό αλγόριθμο παρακολούθησης της απόκρισης των ιστών 50 φορές το δευτερόλεπτο, ο άξονας του να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, να έχει εργονομική λαβή και κούμπωμα με ταχεία απελευθέρωση, να διαθέτει CE MARK	1
3	Καθετήρας συμβατός με χρήση πρωτοξειδίου του αζώτου για την παραγωγή θερμοκρασίας ψύξης. Να έχει τη δυνατότητα άμεσης απόδοσης στην εναλλαγή θερμοκρασίας, να διαθέτει ενεργή μέτρηση της θερμοκρασίας μεταξύ της επιφάνειας του στυλεού και του ιστού, να μπορεί να επικηκύνεται ο ενεργός στυλεός, το υλικό του να είναι από αλουμίνιο με ομαλή επιφάνεια και μήκος 10 εκατοστά, να μπορεί να αποκολλάται άμεσα από το ιστό με παράλληλη διατήρηση της ψύξης του και να διαθέτει CE MARK	1

Αθήνα, 16/10/2024

-Το-
Χειρούργειο

Δν

Δρ. Χαράμης