

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΤΕΜ |
|-----|---|---------------------------------|
| | στήριξη ραμμάτων σε περιπτώσεις προσθετικών βαλβίδων ή δακτυλίων πλαστικής με τη χρήση clips από τιτάνιο. Η συσκευασία να περιέχει 2 συσκευές πυροδότησης και να συνοδεύεται από 12 clips. Να υπάρχει η δυνατότητα μεμονωμένων clips. | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 40 CLIPS |
| 6 | Συνθετικό ράμμα από PTFE USP 3/0 με δύο βελόνες 1/2 κύκλου στρογγυλές 17 χιλ από ανοξείδωτο χάλυβα σειράς 300 σταθεροποιημένο σε εργονομικό ωσειδές pledget 6x3x2 χιλιοστών ώστε να προσχηματίζει τέσσερις (4) λούπες, με μήκος νήματος αμφίπλευρα 45 εκατοστών και ένα επιπλέον εργονομικό ωσειδές pledget 6x3x2 χιλιοστών σταθεροποίησης κόμπων και προστασίας εύθρυπτων ιστών, σε μεγέθη 12,14,16,18,20,22,24,26,28 χιλιοστών. | Μία σειρά |
| 7 | Ράμμα από μονόκλωνο PTFE για την καθήλωση των ενδοπροθέσεων loops, με βελόνα 17χιλιοστών από ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι σειράς 300, 1/2 κύκλου ατραυματική με μεγάλη μηχανική τάση, μήκος ράμματος 90 εκατοστά. να διατίθεται σε μεγέθη USP 3.0. η διάμετρος της βελόνας να είναι η ίδια με την διάμετρο του νήματος έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ταυτόχρονα και αιμόσταση. | 1 κουτί |
| 8 | Ράμμα από μονόκλωνο PTFE για την καθήλωση των ενδοπροθέσεων loops, με δύο βελόνες 17χιλιοστών από ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι σειράς 300, 1/2 κύκλου ατραυματική με μεγάλη μηχανική τάση, μήκος ράμματος 90 εκατοστά. να διατίθεται σε μεγέθη USP 3.0. η διάμετρος της βελόνας να είναι η ίδια με την διάμετρο του νήματος έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ταυτόχρονα και αιμόσταση. | 1 κουτί |