

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Να είναι κατασκευασμένα από σύρμα ανοξείδωτου χάλυβα, κατάλληλα για την μεταφορά και την αποθήκευση χειρουργικών εργαλείων ή και αποστειρωμένων υλικών.
2. Να παρέχει τη δυνατότητα εύκολου καθαρίσματος.
3. Το πάχος του σύρματος να είναι 1,5mm στα τοιχώματα και στο κάτω μέρος, 3,0mm στον σκελετό των τοιχωμάτων, ενώ στο ανώτερο πλαίσιο στο οποίο το πάχος του σύρματος πρέπει να είναι ενισχυμένο για να προσδίδει στιβαρότητα στην κατασκευή το πάχος πρέπει να είναι 6mm. Το πάχος του σύρματος στο κατώτερο πλαίσιο πρέπει να είναι 7mmγια να προσδίδει στιβαρότητα στην κατασκευή.
4. Το διάκενο τόσο στην βάση όσο και στα τοιχώματα να είναι 2x2 cm ενδεικτικά .
5. Να κατατεθεί δείγμα.
6. Οκατασκευαστής να διαθέτει ISO 9001 & ISO 13485.
7. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατρο-τεχνολογικών προϊόντων), να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./13485/04 και να είναι ενταγμένη σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ. 117/2004.
8. Να καλύπτονται από έτη εγγύησης.