

Α/Α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΥΠΟΣ
1	<p>ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΒΕΛΟΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΡΡΡ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 4000 ΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 10 ΛΕΠΤΑ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ SOFT START-STOP ΓΙΑ ΗΠΙΟΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 30-60 ΜΛ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΟΝΟΔΟΣΗ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΩΣ 11 ΦΟΡΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΣΕ LINE ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΡΡΡ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΠΤΙΚΗ (ΟΘΟΝΗ LED) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΣΗΣ</p>	1

Αθήνα, 30/10/20

-ΤΟ-
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

-Ο-
Διττής Κλινικής