

συμβατές με μηχανή των παρανω προδιαγραφών:
Παρανω, να σταλεί δείτε

- Να είναι καινούργια, αμεταχειρίστη, νέας τεχνολογίας
- Να ασκεί διαλείπουσα, διαδοχική, πνευματική (μηχανική) συμπίεση για την πρόληψη και την αποφυγή των εν τω βάθει θρομβώσεων και των πνευμονικών εμβολών.
- Η συμπίεση να είναι σταδιακή (45 mmHg στην κάτω γαστροκνημία, 40 mmHg στην άνω γαστροκνημία και 30 mmHg στο μηρό) και διαλείπουσα (11 δευτερόλεπτα συμπίεσης ανά κύκλο). Οι πιέσεις και αποσυμπίεσεις να ρυθμίζονται αυτόματα και εξατομικευμένα ανά ασθενή δίχως την επέμβαση του χειριστή/νοσηλεύτη.
Να αποδεικνύονται οι πιέσεις και ο τρόπος λειτουργίας από τα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστή τα οποία πρέπει να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης.
- Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης του χρόνου επαναπλήρωσης του αγγείου με εξατομικευμένο τρόπο για κάθε ασθενή ώστε να προσαρμόζει αναλόγως τον κύκλο συμπίεσης - αποσυμπίεσης. Να αποδεικνύεται από τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή τα οποία πρέπει να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης.
- Να λειτουργεί αυτόματα με το πάτημα ενός κουμπιού (one-touch operation) και αυτόνομα παρέχοντας τις εξατομικευμένες πιέσεις ανεξάρτητα με το εάν ο ασθενής φορά περισκελίδα/περικνημίδα στο ένα ή και στα δυο πόδια.
- Να διαθέτει μεγάλη, φωτεινή, έγχρωμη οθόνη LCD με κινούμενα (animated) εικονίδια καλής λειτουργίας, οπτικο-ακουστικά alarm σε περίπτωση βλάβης ενώ ταυτόχρονα να ενεργοποιείται μηχανισμός αυτόματης αποσυμπίεσης των περισκελίδων για την ασφάλεια του ασθενή.
- Να υπάρχει ένδειξη οπτικού εικονιδίου λειτουργίας αριστερού ή δεξιού ποδιού.
- Να έχει τη δυνατότητα λειτουργίας με μπαταρία ή ρεύμα
- Να έχει ενσωματωμένη μπαταρία με δυνατότητα αυτόνομης, συνεχόμενης λειτουργίας 8 ωρών και καλώδιο ρεύματος μεγάλου μήκους και νοσοκομειακών προδιαγραφών.
- Να είναι αθόρυβη όταν εν λειτουργία