

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ MEDISTIM ΣΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΑΟΡΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ.

- Να είναι συμβατό με αναβάθμιση της συσκευής διεγχειρητικής ροομετρίας τεχνολογίας TTMF, μοντέλο MIRAQ ULTIMATE MQU0 του κατασκευαστικού οίκου MEDISTIM που διαθέτει ήδη το νοσοκομείο.
- Το σύστημα να αναβαθμιστεί ώστε να διαθέτει υποδοχή για τη σύνδεση της υπερηχογραφικής κεφαλής (imaging probe).
- Το σύστημα να μπορεί να απεικονίζει την επιαορτική και επικαρδιακή ικανότητα μέσω κεφαλής υπερήχων τουλάχιστον 128 καναλιών και συχνότητας 15 MHZ, ειδικά σχεδιασμένη για επικαρδιακή και επιαορτική απεικόνιση.
- Το σύστημα να συνοδεύεται από την αντίστοιχη υπερηχογραφική κεφαλή.