

| | 130X200X0,02 | |
|----|---|---|
| 5. | <p>Αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων διαμέτρου έως και 7mm. Να διαθέτει τύπου πιστολοειδής χειρολαβή με μηχανισμό κλειδώματος και σκανδάλη ενεργοποίησης της κοπτικής λάμας. Να διαθέτει ενσωματωμένο κομβίο για δυνατότητα ενεργοποίησης της ενέργειας από την χειρολαβή. Να μπορεί να λειτουργεί χωρίς την απαίτηση πλήρους κλεισίματος των σιαγόνων για αποτελεσματικότερη αιμόσταση σε παχύ ιστό και τοπική πήξη αιμορραγιών που αιμορραγούν. Να διαθέτει κυρτές σιαγόνες διπλής ενέργειας για καλύτερο διαχωρισμό των ιστών (Dissection). Να είναι μήκους 22,5 mm, κοπής περιστροφής τουλάχιστον 330 μοίρες. Να έχει μικρή θερμική διασπορά και ο χρόνος συγκόλλησης των αγγείων να είναι περίπου 3 δευτερόλεπτα. Να διαθέτει τεχνολογία αντίληψης ιστού και αυτόματη διακοπή της ενέργειας όταν ολοκληρωθεί η διατομή του ιστού. Να είναι μιας χρήσης μήκους 37 cm και διαμέτρου 5mm.</p> | 1 |
| 6. | <p>Rumi II KOH -Efficient σύστημα μίας χρήσης αποστειρωμένο διαμέτρου 3,5 cm που να εφαρμόζει στον χειριστή μήτρας Rumi που διαθέτουμε</p> | 1 |
| 7. | <p>Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος για λαπαροσκοπική χρήση. Διαθέτει εύκαμπτο σπειρώ 5mm και μήκος 35,5 εκ. Να φέρει 30 κλιπ ελικοειδούς σχήματος μη απορροφίσιμα από τιτάνιο. Διαμέτρου 4 mm, ύψους 3,8 mm. Με δυνατότητα αφαίρεσης του κλιπ από τον ίδιο τον σπειρώ του εργαλείου και από ντισεκτέρ ή γράσπερ. Τα κλιπ να είναι συμβατά με διενέργεια MRI.</p> | 1 |
| 8. | <p>Αυτόματος λαπαροσκοπικός ιστοτόμος μιας χρήσης με μπαταρία κατάλληλος για λαπαροσκοπικές γυναικολογικές επεμβάσεις.</p> | 1 |