

ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΩΘΕΙΔΟΥΣ ΤΡΗΜΑΤΟΣ – PFOCCCLUTECH

Να είναι κατασκευασμένη από δύο δίσκους με συρμάτινο πλέγμα Nitinol με επικάλυψη τιτανίου(titaniumoxide). Η συσκευή διαθέτει στο άκρο της σφαιρικό σύνδεσμο ώστε να προσαρμόζεται η συσκευή σε όλες τις ανατομίες. Το σύστημα φόρτωσης – απελευθέρωσης έχει την δυνατότητα κάμψης έως 50°Οι δύο δίσκοι να ενώνονται μεταξύ τους με μικρότερης διαμέτρου. Να διατίθεται σε ποικιλία διαστάσεων, 16/18 , 23/25 , 27/30, 31/35mm

ΣΥΡΜΑ STIFF ME ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ

Συρμάτινος οδηγός stiff, με μαλακό και ατραυματικό άκρο σε σχήμα J, διαμέτρου 0,035 inches, μήκος 260mm

ΜΠΑΛΟΝΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ

Σχεδιασμένο για την μέτρηση των ελλειμάτων . Με μαλακό άκρο και ακτινοσκοπικούς οδηγούς

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Σύστημα φόρτωσης να αποτελείται από το θηκάρι που έχει πλαϊνό σωληνίσκο με 3waystopcock, αιμοστατική βαλβίδα , διαστολέα και σύστημα φόρτωσης . Το άνω άκρο είναι ακτινοσκοπικό και έχει οπές flush.

Διατίθεται σε μεγέθη από 6Fr έως 14Fr και καμπύλη 45° και 180°.

ANTONIAΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΝ. ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ - ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
ΑΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
401 ΓΕΝΑ
Α.Μ.Κ.Α.: 22096704253