

Α/Α	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ	
1.	Ακτινοσκοιές ουρητηρικές ενδοπροθέσεις πολυουρεθάνης, ανοικτού άκρου τύπου διπλού PIGTAIL για διαδερμική (ANTEGRADE) εμφύτευση. Να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την εμφύτευσή τους στον ουρητήρα (προωθητήρα με ακτινοσκοιό άκρο, σχοινάκι διαμόρφωσης του άκρου του στεντ εντός της νεφρικής πυέλου) 8 Fr x 28 cm	3
2.	Σύριγγες Luer Lock μ.χ με ομόκεντρο άκρο και κλίμακα ανά 0,2ml, χρωματιστές, 3ml	30
3.	Θηκάρι υψηλής αντοχής στο τσάκισμα, με ακτινοσκοιή επικάλυψη μήκους 23-25cm . Να φέρει κωνικό (tapered) διαστολέα για ατραυματική είσοδο, mini οδηγό σύρμα 0.038" από ατσάλι διπλού άκρου ευθύ και κυρτό. Στην περίπτωση των 6 Fr το οδηγό σύρμα να είναι 0.035". Μηριαίας αρτηρίας 6FR, 7 FR, 8 FR	5+5+5
	ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΗΜ-ΝΙΑΣ ΛΗΞΗΣ	