

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
1	Να είναι κατάλληλα για ενδοαυλική θεραπεία κισμών με χρήση διοδικού Laser
2	Σετ από: A) Οπτική ίνα 360 μοιρών εκπομπής, διαμέτρου 600 ή 400 μm, σε διπλή συσκευασία, βιδωτό βύσμα τύπου SMA905, σήμανση ανά εκατοστό, μήκος τουλάχιστον 2,5m B) Ειδικό σωλήνα 4m που προσαρμόζεται σε αντλία διήθησης Γ) Διαθερμικό θηκάρι εισαγωγής 6 Fr
3	Τα υλικά να είναι συμβατά με συνοδό εξοπλισμό: A) Διοδικό Laser τριών συχνοτήτων, ισχύος 15W B) Αντλία διήθησης υγρού εξοίδησης κατά τη θεραπεία κισμών με δυνατότητα όγκου παροχής από 0-210 ml/min περίπου και δυνατότητα μεταβολής της ροής μέσω ποδωστηρίου.