

1	Αιμοστατική λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων διαμέτρου έως και 7mm, με ταυτόχρονη χρήση τεχνολογίας υπερήχων. Να διαθέτει τύπου πιστολοειδής χειρολαβή με δυο ενσωματωμένους χειροδιακόπτες επιλογής ενέργειας. Να διαθέτει κυρτή σιαγόνα μήκους 15-16mm, με παλμική επιμήκη κίνηση από 45 έως 50KHz. Να διαθέτει τεχνολογία αντίληψης ιστού και αυτόματη διακοπή της ενέργειας όταν ολοκληρωθεί η διατομή του. Να είναι μιας χρήσης διαμέτρου 5mm και μήκους 20-22cm. Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει συνοδό εξοπλισμό - γεννήτρια στην οποία να προσαρμόζονται τα παραπάνω εργαλεία.	1
2	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΡΘΡΩΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ/ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 60mm. Να λειτουργεί ηλεκτρικά χωρίς τη χρήση μπαταρίας με συνεχή παροχή ρεύματος μέσω ειδικής κονσόλας ελέγχου και τροφοδοσίας	1
3	Αρθρούμενες κεφαλές με μηχανισμό άρθρωσης έως 50° για τα παραπάνω εργαλεία ενδοσκοπικής /ανοιχτής χειρουργικής ευθείας συρραφής με ενσωματωμένη νέα κοπτική λάμα σε κάθε κεφαλή ως κάτωθι: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 8mm ΜΗΚΟΥΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 60mm ΜΕ ΑΓΚΗΤΗΡΑ ΥΨΟΥΣ 3,25mm ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ	5