

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

- Έτοιμος προς χρήση δείκτης ελέγχου της καθαρότητας των αντικειμένων πλύσης και της σωστής λειτουργίας των αυτόματων πλυντηρίων χειρουργικών εργαλείων.
- Να είναι μιας χρήσεως αποτελούμενος από δύο τουλάχιστον υποστρώματα- κηλίδες χρώσης, τα οποία να μιμούνται τα ανθρώπινα σημάδια αίματος και ιστών και αυτά να βρίσκονται τοποθετημένα σε διαφορετικά σημεία του δείκτη.
- Η χρήση του δείκτη σε συνεργασία με την βάση τοποθέτησης αυτού να εμφανίζει φανερά και κρυμμένα σημεία του ρύπου, τέτοια που να προσομοιάζει τις συνθήκες εντός της συσκευής πλύσης-απολύμανσης καθώς και των δύσκολων σημείων απορρύπανσης των εργαλείων όπως αρθρώσεις, αυλούς κ.α.
- Να προσφέρονται μαζί με τους δείκτες και ανοξείδωτες επαναχρησιμοποιούμενες βάσεις τοποθέτησης -στήριξης του δείκτη.
- Να διατίθεται σε συσκευασία για προστασία από το ηλιακό φως, την υγρασία και να αναγράφεται η ημερομηνία λήξεως, ο κωδικός παραγωγής κ.λπ.
- Απαραίτητη η ύπαρξη τεχνικής υποστήριξης του υλικού από αρμόδιο υπάλληλο της εταιρείας για συνεργασία με τους τεχνικούς των μηχανημάτων, για την άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων στα αποτελέσματα του δείκτη εντός 24 ωρών στην έδρα των μηχανημάτων (να δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση) .
- Να είναι σύμφωνος με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15883-5 περί πλυντηρίων – απολυμαντικών.
- Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο φυλλάδιο του προϊόντος με την ελληνική μετάφραση και το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 13485 του κατασκευαστή.