

* Απαιτείται δείγμα

* Μακρά ημερομηνία γήτσης

ΒΑΣΕΙ ΠΙΕΔ -Α 00383 ΠΡΟΣΘ 1, Α/Α12

* Διασύνδεση μηχανοκίνητη παράδοση

Να περιλαμβάνει:

- α) Ενισχυμένο κάλυμμα τραπεζιού εργαλείων χειρουργείου, διαστάσεων κατ' ελάχιστο 140 x 190cm
- β) Αναδιπλούμενο κάλυμμα τραπεζιού εργαλειοδοσίας (Mayo) διαστάσεων κατ' ελάχιστο 150 x 150 cm, ενισχυμένο στο επίπεδο εναπόθεσης των χειρουργικών εργαλείων
- γ) Δύο αποκόλλητα χειρουργικά πεδία διαστάσεων κατ'ελάχιστο 75 x 75cm
- δ) Χειρουργική κάλσα, αδιάβροχη, μεγάλου μεγέθους διαστάσεων κατ' ελάχιστο 35 x 110cm
- ε) Χειρουργικό τεδίο διαστάσεων κατ' ελάχιστο 150 x 150cm
- ζ) Χειρουργικό τεδίο ισχίων με ελαστική μανσέτα αυτοκόλλητο, με ενίσχυση, διαστάσεων κατ'ελάχιστο 280 x 340 cm
- η) Δύο αυτοκόλλητες ταινίες χειρουργείου, διαστάσεων κατ' ελάχιστο 10 x 50cm
- θ) Δύο τετράγωνα πετσέτες διαστάσεων κατ'ελάχιστο 30 x 30 cm
- ι) Τα ανωτέρω να είναι όλα μαζί τυλιγμένα με το κάλυμμα χειρουργικού τραπεζιού και να περιλαμβάνονται σε ενιαία αποστειρωμένη συσκευασία

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ