

159

21/01/25

.....

Α.Π.:.....

Συσκευή χορήγησης ενδοφλεβίων διαλυμάτων

Η συσκευή να διαθέτει:

- Ανθεκτικό διατρητικό ρύγχος και αεραγωγό με βακτηριοκρατές φίλτρο ακόμα και όταν είναι υγρό, κατάλληλο για γυάλινους και πλαστικούς περιέκτες. Η είσοδος του αέρα να βρίσκεται σε διαφορετικό επίπεδο από την είσοδο των υγρών για αποτροπή χορήγησης φυσαλίδων.
- Σταγονομετρικό υποθάλαμο (1ml = 20 σταγόνες) από διάφανο και εύκαμπτο υλικό, με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων 15 μ. που να διατηρεί ανεμπόδιστη τη ροή του διαλύματος.
- Ολισθαίνον ρυθμιστής ακριβείας (συνολικό εύρος ρύθμισης 23,5mm) για ρύθμιση και άμεση διακοπή της ροής
- Ο ρυθμιστής να φέρει ειδική εσοχή για ασφαλή τοποθέτηση του ρύγχους διάτρησης μετά το πέρας της χορήγησης
- Μembrάνη φίλτρου που λειτουργεί ως εμπόδιο στην είσοδο αέρα στο σωλήνα της συσκευής, αποτρέποντας την χορήγηση αέρα, ειδικά όταν αδειάζει ο περιέκτης.
- Πώμα με ενσωματωμένη υδρόφοβη μεμβράνη, που κατά την πλήρωση της συσκευής εμποδίζει την ελεύθερη ροή και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο επιμόλυνσης.
- Να είναι καταλληλή για χορήγηση με αντλίες (πίεση <2 bar)
- Άκρο σύνδεσης σωλήνα τύπου luer-lock ασφάλειας
- Η συσκευή να είναι κατασκευασμένη από Medical Grade PVC με ωφέλιμο μήκος σωλήνα 180εκ. και να είναι:
 1. ελεύθερη latex (latex free)
 2. ελεύθερη φθαλικών αλάτων (DEHP free)
- Η συσκευή να διαθέτει CE Mark
- Να πληροί τις προδιαγραφές ISO 8356/4
- Να συμμορφώνεται με την κοινοτική οδηγία ΕΕ L 134/1.6.2010 και το ΠΔ 5/2013 (ΠΔ 15, 21-01-2013) περί πρόληψης τραυματισμών που προκαλούνται από ασημένια αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα.