

ΥΛΙΚΟ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΕΙΤΩΝΙ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΕΛΑΤΥΡΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ 229X102CM	1) Το κάλυμμα στρώματος φορείου να είναι μίας χρήσης, αδιάβροχο με απορροφητική επιφάνεια και λάστιχο για να προσαρμόζεται σε όλες τις διαστάσεις των χειρουργικών τραπεζιών. 2) Οι διαστάσεις του να είναι 225x 100cm περίπου, οι οποίες καλύπτουν όλα τα χειρουργικά τραπέζια. 3) Η βάση του καλύμματος να είναι κατασκευασμένη από μεγάλης ποσότητας υλικό πολυαιθυλενίου και είναι απολύτως αδιάβροχη και απομακρύνει το στρώμα της χειρουργικής τράπεζας. 4) Να είναι αδιαπέραστο και αντιολισθητικό 5) Να διαθέτει υπεραπορροφητικό υλικό το οποίο απορροφάει και εγκλωβίζει στο εσωτερικό του όλες τις υγρασίες και κρατάει το δέρμα του ασθενή πάντα στεγνό, μειώνοντας τον κίνδυνο της διασταυρούμενης μόλυνσης με συνολική απορροφητική ικανότητα υλικού τουλάχιστον 6 λίτρα. 6) Να είναι καλυμμένο με non-woven υλικό, το οποίο είναι απολύτως ασφαλές όταν έρχεται σε επαφή με το δέρμα του ασθενούς, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο αλλεργικών αντιδράσεων. 7) Να είναι latexfree.

- Απαραιτήτως 4 προκύβοντα δείγματα