

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Α' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

- με περιστρεφόμενο στείλεό 360ο εφοδιασμένα με 20 clips τιτανίου μεγάλου μεγέθους, με διάμετρο στείλεού 12 mm, με ένα στάδιο φόρτισης- πυροδότησης και μηχανισμό ασφαλούς συγκράτησης του clip στις σιαγόνες του εργαλείου, με δυνατότητα εξαγωγής του εργαλείου από το τροκάρ με ή χωρίς clip στις σιαγόνες του εργαλείου. Το μήκος του κλειστού clip να είναι πάνω 8.5 mm.
5. Λαπαροσκοπική κυρτή ατραυματική λαβίδα αποκόλλησης με λεπτά άκρα, διαμέτρου 5 mm, με περιστρεφόμενο μονωμένο ηλεκτρικά μαύρο στυλεό, εφοδιασμένη με μονοπολική διαθερμία, με άκρο τύπου rat tooth.
 6. Λαπαροσκοπικό κυρτό ψαλίδι, διαμέτρου 5 mm, με περιστρεφόμενο μονωμένο ηλεκτρικά μαύρο στυλεό, εφοδιασμένο με μονοπολική διαθερμία, με την ίδια κοπτική ικανότητα σε όλο το μήκος του.
 7. Λαπαροσκοπικές λαβίδες σύλληψης, διαμέτρου 5 mm, μήκους 33 cm, με τέσσερα ατράυματικά δόντια σε κάθε σκέλος για αποφυγή γλιστρήματος του ιστού, με εργονομικό μηχανισμό ασφαλούς κλειδώματος λαβής δύο φάσεων, με αύξηση της δύναμης συγκράτησης του ιστού με την προοδευτική πίεση της χειρολαβής όταν κλειδώσει και με περιστρεφόμενο μονωμένο ηλεκτρικά στείλεό.