

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Α΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

	ηλεκτρόδια στο κυρίως σώμα του ενδοτραχειακού, τα οποία να είναι εκτεθειμένα μόνο για περίπου 30mm, άνωθεν του cuff. Τα ηλεκτρόδια να είναι σχεδιασμένα για να κάνουν επαφή με τις φωνητικές χορδές του ασθενή ώστε να διευκολύνουν την ηλεκτρομυογραφική παρακολούθηση των φωνητικών χορδών όταν είναι συνδεδεμένα με συσκευή ηλεκτρομυογραφικής παρακολούθησης. Να δύναται να αναβαθμιστεί με ειδικό ηλεκτρόδιο-κλιπ (διαστάσεων 2χιλ. και 3χιλ. περίπου) αυτόματης περιοδικής διέγερσης και παρακολούθησης του πνευμονογαστρικού νεύρου. Να δύναται να συνοδεύεται από σύστημα διεγχειρητικής φλουοροσκοπικής ανίχνευσης και απεικόνισης παραθυρεοειδών αδένων για επεμβάσεις θυρεοειδεκτομής, παραθυρεοειδεκτομής και λεμφαδενικού καθαρισμού τραχήλου. Να είναι μιας χρήσης. Να διατίθεται σε αποστειρωμένη συσκευασία. Να διατίθεται στις εξής διαστάσεις: 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5 χιλ. Να συνοδεύεται από μηχανήμα του ίδιου οίκου το οποίο να είναι επαρκώς λογισμικά ενημερωμένο. Η υποστήριξη του μηχανήματος να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό, εκπαιδευμένο στον κατασκευαστικό οίκο και με πιστοποίηση ΣΥΔΝΟΧ.	
6.	Μονοπολικός στυλεός νευροδιέγερσης με λεπτό ατραυματικό άκρο διαμέτρου 1,2 mm και μήκος 200mm, για τον εντοπισμό, ερεθισμό, <χαρτογράφηση> και παρακολούθηση της πορείας των κινητικών νευρών εντός του χειρουργικού πεδίου, σε ατομική συσκευασία, μιας χρήσης, εργοστασιακά αποστειρωμένος.	1