

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Α' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Αυτοκαθηλούμενο συνθετικό μονόκλωνο ράμμα, βραδείας απορρόφησης με ακίδες μονής κατεύθυνσης από Πολυδιοξανόνη σπειροειδούς μορφής, πρόληψης λοιμώξεων χειρουργικής τομής με αντιβακτηριακό παράγοντα Triclosan σύμφωνα με την οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Νο 3/0 με μήκος βελόνας 26mm στρογγυλή κύκλου $\frac{1}{2}$ και μήκος ράμματος 15cm, με θηλιά καθήλωσης που κλειδώνει. Οι βελόνες να αποτελούνται από υψηλής ποιότητας κράμα χάλυβα 455, με περιεκτικότητα νικελίου 7,5-9,5% ώστε να αντιστέκονται σε κάμψη-στρέβλωση και να διαθέτουν πεπλατυσμένο σώμα με εσωτερικές και εξωτερικές επιμήκεις αυλακώσεις για ασφαλέστερο κράτημα στο βελονοκάτοχο και ασφαλή εναλλαγής της φοράς της βελόνης κατά τη διάρκεια των διεγχειρητικών χειρισμών. Να διατηρούν το 70-40% της τάσης τους για 6 εβδομάδες και να απορροφούνται πλήρως στις 120-180 ημέρες.		12
10.	Σάκος συλλογής λαπαροσκοπικού υλικού, χωρίς στυλεό, εισερχόμενος από τροκάρ 5mm, με διαστολή σταθερού μεταλλικού δακτυλίου και ενσωματωμένο ράμμα περίπαρσης. Ο σάκος να είναι από υφασμάτινο ανθεκτικό υλικό επικαλυμμένο από πολυουρεθάνη, φέροντας σύστημα ασφαλούς σύγκλεισης του σάκου με ειδικό δακτύλιο, άριστης εργονομίας. Διαστάσεις σάκου να είναι τουλάχιστον 3,8cmx9cm και χωρητικότητας τουλάχιστον 50ml, για την συλλογή και εξαγωγή της χοληδόχου κύστης ή άλλων ιστών, σε αποστειρωμένη συσκευασία μιας χρήσεως. Με ειδική χρωματική ένδειξη (θηλιά) για τον εύκολο χειρισμό της, χωρίς τη χρήση στυλεού	1
11.	Αυτοκόλλητο Λαρυγγικό ηλεκτρόδιο με 2 μεγάλες επιφάνειες καταγραφής και με οδηγίες πάνω στο λαρυγγικό ηλεκτρόδιο για την εύκολη τοποθέτηση του. Το ηλεκτρόδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σωλήνες με διάφορες διαμέτρους, προσδίδοντας έτσι την μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα.	1
12.	Διτολικό εύκαμπτο στυλεό τύπου microfork ball probe 90mm	1