

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Α' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

9.	Σάκος συλλογής λαπαροσκοπικού υλικού, χωρίς στυλεό, εισερχόμενος από τροκάρ 5mm, με διαστολή σταθερού μεταλλικού δακτυλίου και ενσωματωμένο ράμμα περίπαρσης. Ο σάκος να είναι από υφασμάτινο ανθεκτικό υλικό επικαλυμμένο από πολυουρεθάνη, φέροντας σύστημα ασφαλούς σύγκλεισης του σάκου με ειδικό δακτύλιο, άριστης εργονομίας. Διαστάσεις σάκου να είναι τουλάχιστον 3,8cmx9cm και χωρητικότητας τουλάχιστον 50ml, για την συλλογή και εξαγωγή της χοληδόχου κύστης ή άλλων ιστών, σε αποστειρωμένη συσκευασία μιας χρήσεως. Με ειδική χρωματική ένδειξη (θηλιά) για τον εύκολο χειρισμό της, χωρίς τη χρήση στυλεού	1
----	---	---

ΝΗ
ΓΕΝ
Δ/Γ

-Ο-

Δντής ΔΟΥ

-Το-