

Α ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟ

1

Καθετήρας μονής κυμαινόμενης καμπύλης και κατεύθυνσης για την καταγραφή ενδοκαρδιακών σημάτων του Στεφανιαίου κόλπου κατάλληλοι για προσπέλαση από τη μηριαία φλέβα.

Το σώμα του καθετήρα να είναι ατασκειασμένο από PEBAH ενισχυμένου τύπου F με τη χρήση διπλής πλέξης του άξονα του ηλεκτροδίου με μαλακό ατραυματικό άκρο. Το μήκος του καθετήρα να είναι 115cm με εργονομική, εύχρηστη λαβή ελέγχου push-pull με 10 πόλους καταγραφής ενδοκαρδιακών σημάτων.

Τα ηλεκτρόδια να είναι αποστειρωμένα, βιοσυμβατά και ορατά στην ακτινοσκόπηση χρησιμοποιώντας διαγνωστικούς δακτυλούς κατασκευασμένους από κράμα πλατίνας.

Τα ηλεκτρόδια να παρέχουν ηλεκτρική σταθερότητα του συστήματος αγωγιμότητας και συμβατότητα με τη συσκευή ηλεκτροφυσιολογίας χρησιμοποιώντας συνδέσμους τύπου REDEL και τα αντίστοιχα ειδικά καλώδια επέκτασης.

Να είναι διαθέσιμο σε τρεις διαφορετικές διαστάσεις καμπύλης M (37mm) – L (47mm) – SL (64mm)

Τα ηλεκτρόδια να χαρακτηρίζονται από τη βέλτιστη ευελιξία του εξαρτήματος εργασίας που να επιτυγχάνεται μέσω ενός συμπιεσμένου ελατηρίου που να βρίσκεται μέσα στο ηλεκτρόδιο.

Το μέγεθος του καθετήρα να είναι σε 6-7F.

Η απόσταση των πόλων είναι : 2-5-2mm , 2-8-2mm

Δυνατότητα βηματοδότησης από όλους τους πόλους.

4 Συνδετικό καλώδιο 10 πόλων για καθετήρα κυμαινόμενης καμπύλης Στεφανιαίου κόλπου.

Οι ακροδέκτες να είναι τύπου Redelplug για την ασφαλή τοποθέτησή τους στο μηχάνημα Ηλεκτροφυσιολογίας.

Να έχουν μήκος 150-300cm σε συσκευασία του ενός

1

Αθήνα 9/1/2026

-Ο-

Δντης Κλινικής

ΓΕΝ. ΑΝΤΕΛΕΥΣΗ
ΑΝΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
601 ΓΕΝΑ
Α.Μ.Κ.Α.: 22096704133