

3

1 Καθετήρας σταθερής καμπύλης JOSEPHSON- Cournand - HIS για την καταγραφή ενδοκαρδιακών σημάτων κατάλληλος για προσπέλαση από τη μηριαία φλέβα. Το σώμα του καθετήρα να είναι εύκαμπτο κατασκευασμένο από Πολυουρεθάνη ενισχυμένου τύπου F με τη χρήση διπλής πλέξης του άξονα του ηλεκτροδίου με μαλακό ατραυματικό άκρο. Το μήκος του καθετήρα να είναι 115cm. Τα ηλεκτρόδια να είναι αποστειρωμένα, βιοσυμβατά και ορατά στην ακτινοσκόπηση χρησιμοποιώντας διαγνωστικούς δακτυλίου τύπου Barell Flat κατασκευασμένους από κράμα Πλατίνας - Ιριδίου.

Τα ηλεκτρόδια να παρέχουν ηλεκτρική σταθερότητα του συστήματος αγωγιμότητας και συμβατότητα με τη συσκευή ηλεκτροφυσιολογίας χρησιμοποιώντας συνδέσμους τύπου REDEL.

Να είναι διαθέσιμο σε ποικιλία καμπυλών και διάφορες αποστάσεις αλληλουχίας των πόλων.

Το μέγεθος του καθετήρα να είναι σε 6-7F.

Η απόσταση των πόλων είναι : 2-5-2mm , 2-8-2mm, 2-2-2mm, : 5-5-5mm

Δυνατότητα βηματοδότησης από όλους τους πόλους.

Παραλαβή αιτήματος από το
Γραφείο Παραγγελιών την:

~~09/01/96~~

2 Συνδετικό καλώδιο 4πόλων για καθετήρα

Οι ακροδέκτες να είναι τύπου Redelplug για την ασφαλή τοποθέτησή τους στο μηχάνημα Ηλεκτροφυσιολογίας.

Να έχουν μήκος 150-300cm σε συσκευασία του ενός