

	Να είναι μίας χρήσης διαμέτρου 5 χιλ και μήκους 35-37 εκ. Ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει συνοδό εξοπλισμό γεννήτριας στην οποία να προσαρμόζονται τα παραπάνω εργαλεία.	
5.	Οπτικο τροκαρ τριών αυλών , μεσω της κάνουλας χωρίς βαλβίδα να μπορεί να γίνεται ανέπαφα αφαίρεση μικρών παρασκευασμάτων και ανεμπόδιστη εισαγωγή και αφαίρεση βελόνων. Το τροκάρ να έχει ατραυματικό άκρο διάνοιξης του ιστού με αυλό απαγωγής -εκκένωσης του καπνού σε διάμετρο 5 χιλ και μήκους κάνουλας 100 χιλ. Η κάνουλα να φέρει 3 αυλούς απαγωγής ,εκκένωσης – έμφυσης αερίου και ελέγχου πίεσης σε πραγματικό χρόνο και δημιουργίας φράγματος αέρα για τη δημιουργία σταθερού πνευμοπεριτόναιου.	1
6.	Σωλήνας παροχής CO2 που να αποτελείται από σέτ 3 αυλών . Να περιλαμβάνει προέκταση με άκρο luer lock για τη σύνδεση του σωλήνα με συμβατικά τροκαρ και veress και να διαθέτει ενσωματωμένο φίλτρο ULPA 0.01 μm ενεργού άνθρακα.	1
7.	Προσχηματισμένο πλεγμα μονήρους και ορθογώνιας πλέξης καθορισμένης ελαστικότητας και μεγάλης πορώτητας από 100% PVDF (ΠΟΛΥΒΥΝΙΛΙΔΙΟ Φθοριούχο) με ατραυματικά άκρα για την αποκατάσταση της κορυφαίας πρόπτωσης του πυελικού εδάφους (μήτρας και κόλπου) καθώς και πρόσθιας καθήλωσης της μήτρας, με 2 διευρυσμένα αμφίπλευρα σημεία καθήλωσης στον κτενικό σύνδεσμο της τοξοειδούς γραμμής, διαθέτοντας την ορατή τεχνολογία (visible), επιτρέποντας τον μετεγχειρητικό έλεγχο του εμφυτεύματος με MRI, διαστάσεων του περιφερικού τμήματος 03 X 15	1