

	παρασκευασμάτων και ανεμπόδοστη εισαγωγή και αφαίρεση βελόνων. Το τροκάρ να έχει ατραυματικό άκρο διάνοιξης του ιστού με αυλό απαγωγής -εκκένωσης του καπνού σε διάμετρο 5 χιλ και μήκους κάνουλας 100 χιλ. Η κάνουλα να φέρει 3 αυλούς απαγωγής, εκκένωσης - έμφυσης αερίου και ελέγχου πίεσης σε πραγματικό χρόνο και δημιουργίας φράγματος αέρα για τη δημιουργία σταθερού πνευμοπεριτόναιου.	
6	Σωλήνας παροχής CO2 που να αποτελείται από σείτ 3 αυλών . Να περιλαμβάνει προέκταση με άκρο luer lock για τη σύνδεση του σωλήνα με συμβατικά τροκαρ και veress και να διαθέτει ενσωματωμένο φίλτρο ULPA 0.01 μη ενεργού άνθρακα.	1

Όλα τα παραπάνω εργαλεία θα δειγματοσιτούν από την μειοδότηρια εταιρεία πριν την ημερομηνία επέμβασης.