



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΝΗΜΟΠΟΔΙΚΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΔΚ ΜΕ AIR PUMP-ROM
ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ AIR

Να είναι κατασκευασμένος από σταθερό και άκαμπτο πλαστικό υλικό.

Εσωτερικά να διαθέτει αφρώδη επένδυση που να καλύπτει ολόκληρη την ποδοκνημική η οποία να αφαιρείται εύκολα με αυτοκόλλητο και να αποτελείται από αεριζόμενο και υποαλλεργικό υλικό.

Να δένει με 4 αυτοκόλλητους ιμάντες και να έχει και από τις δύο πλευρές πλαστικές μπανέλες για σταθεροποίηση του ποδός.

Η σόλα να είναι ανατομική για να μην επιβαρύνεται το άκρο από τυχόν κραδασμούς.

Να διαθέτει βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής αέρα (in-out) για μείωση του οιδήματος.

Να φέρει μηχανισμό «ROM» από 45° πελματιαίας κάμψης έως 45° ραχιαίας κάμψης σε θέσεις επιλογής ανά 7,5°.

Να έχει ύψος 43εκ.

Να είναι ελαφρύς και αμφιδέξιος.

2

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ- ΜΠΟΤΑ ΨΗΛΟΣ

Να έχει κατασκευή από σταθερό και άκαμπτο πλαστικό υλικό.

Να διαθέτει προσθαιρούμενη και αυτοκόλλητη αφρώδη επένδυση η οποία να καλύπτει εσωτερικά όλη την επιφάνεια της ποδοκνημικής.

Να είναι υποαλλεργικός και αεριζόμενος για περιορισμό της εφίδρωσης.

Να φέρει δυο αμφίπλευρες πλαστικές μπανέλες για σταθεροποίηση του άκρου ποδός.

Να φέρει τέσσερις αυτοκόλλητους ιμάντες περίδεσης.

Να έχει σόλα με ανατομικό σχεδιασμό για την απορρόφηση των κραδασμών και την δυνατότητα βάδισης χωρίς φορτίο στο κάτω πόδι.

Επίσης να διαθέτει βαλβίδα εισαγωγής- εξαγωγής αέρα για μείωση και αποθεραπεία του οιδήματος.

Να είναι εξαιρετικά ελαφρύς νάρθηκας.

Σε ύψος να είναι : Ψήλος 43 εκατοστά.

Οι ενδείξεις του να είναι: Συντηρητική και μετεγχειρητική θεραπεία σε : διάστρεμμα ποδοκνημικής τύπου II, σταθερό κάταγμα κεφαλής- σώματος αστράγαλου , σταθερό κάταγμα αφισφυρίου κάταγμα κνήμης- περόνης, βαρυ διάστρεμμα με ρήξη συνδέσμων τύπου III, κάταγμα πτέρνας, τενοντομεταθέσεις.

Να έχει μήκος πέλματος: Small 36-39 medium 40-44 large 44-46 xlarge 46.

3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΩΜΟΥ (15-30 ΜΟΙΡΩΝ)

Να διαθέτει μαξιλάρι στήριξης βραχιονίου από μαλακό, αφρώδες και αεριζόμενο ύφασμα που να παρέχει άνεση και σταθερότητα. Να είναι τριών σημείων ώστε να μην επιβαρύνεται ο αυχένας του ασθενούς. Ο ιμάντας του να είναι ρυθμιζόμενος σε μήκος και να κουμπώνει με πλαστικές πόρτες ασφαλείας.

Να υπάρχει η δυνατότητα να ανοίγει γρήγορα ο μαλακός φάκελος για να κινητοποιείται ο αγκώνας χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί τελείως. Να διαθέτει μπαλάκι άσκησης των μυών.



ΕΠΙΑΓΚΩΝΙΟ ΕΠΙΚΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑΣ

Να είναι από neoprene με ανάγλυφο μαξιλαράκι, τριών σημείων πίεσης για μείωση του τοπικού άλγους.

One size. Αμφιδέξιο

6515/9297

5
6

ΚΟΛΛΑΡΟ ΜΑΛΑΚΟ

Να είναι ανατομικό μαλακό με αφρώδες αυχενικό κολλάρο για την ακινητοποίηση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης με extra προσθαφαιρούμενο ελαστικό κάλυμμα
Μεγέθη : 28-52X10 M
28-52X12 L

2476
16726

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΤΕΡΙΤΣΕΣ

- Κατασκευή από αλουμίνιο υψηλής αντοχής.
- Να διαθέτει δύο ειδικά σχεδιασμένες χειρολαβές και λαστιχάκια στα άκρα που το καθιστούν αντιολισθητικό.
- Να παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης του ύψους.
- Να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε για μεγαλύτερη ασφάλεια στη βάρδια.
- Αντοχή Βάρους έως 130Kg.

2497
205