

ΥΛΙΚΟ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑΣ 3-WAY DUFOUR	1. Να είναι από διαφανές θερμοευαίσθητο PVC με υψηλή βιοσυμβατότητα, ανθεκτικό στην τριβή, επιτρέποντας ευκολότερη τοποθέτηση. 2. Κατά την εισαγωγή να παραμένει σταθερός για να διευκολύνει τον καθετηριασμό και στη συνέχεια με την επαφή του με το σώμα να προσαρμόζεται άριστα στην ανατομία του ασθενούς, διατηρώντας στα τοιχώματα τη σταθερότητά τους για αποφυγή σύγκλεισής τους κατά την αναρρόφηση. 3. Να φέρουν μπαλόνι από latex μεγάλου όγκου 75-80 ml με ανθεκτικά τοιχώματα. 4. Να διαθέτει βαλβίδα πλήρωσης του μπαλονιού για σύριγγα με άκρο τύπου Luer-lock με χρωματική κωδικοποίηση και γραμμή σκιαγραφικής αντίθεσης σε όλο το μήκος του καθετήρα. 5. Η συσκευασία του να είναι διπλή. 6. Προσκόμιση δείγματος.