

- 1 Κυκλοτερής καθετήρας κατάλυσης μέσω παλμικού πεδίου ηλεκτροδιάτρησης (PulseFieldAblation) κατάλληλος για κατάλυση κοιλιακής μαρμαρυγής. 1
- A. Να φέρει αυλό για την εύκολη τοποθέτηση του στην φλέβα. (overthewire)
- B. Να παρέχει ενέργεια PFA και να ανιχνεύει ηλεκτρική δραστηριότητα, από όλα τα ηλεκτρόδια.
- Γ. Να διαθέτει 9 ηλεκτρόδια των 3mm κατασκευασμένα σε μονή ελικοειδή διάταξη των 25mm. Να διατηρεί σταθερή την απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων για την αποφυγή θερμικών βλαβών.
- Δ. Να εκτελεί καμψη 170 μοίρες bidirectional.
- ΣΤ. Να είναι εξωτερικής διαστάσεως 9,5Fr, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μικρό θηκάρι.
- Ε. Να διαθέτει μηχανισμό ασφαλούς εισαγωγής στο θηκάρι.
- Ζ. Να διαθέτει μελέτη για ασφάλεια χρήσης σε Παροξυσμική και Εμμένουσα Κολπική Μαρμαρυγή.
- Να συνοδεύεται από τον αντίστοιχο συνοδό εξοπλισμό.

- 2 Συνδετικό καλώδιο κατάλληλο για PFA

1
Παραλαβή αιτήματος από το
Γραφείο Παραγγελιών την:

26/02/26