

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΣΚΕΣ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ

- Να είναι μάσκα οξυγόνου τύπου venturi με 6 βαλβίδες με σωλήνα σπιράλ και σωλήνα σύνδεσης οξυγόνου 2 μέτρων.
- Ο σωλήνας να είναι από υλικό που δεν τσακίζει.
- Η μάσκα να διαθέτει δύο πλάγιες οπές εκπνοής.
- Να συνδέεται με κρικοειδή σωλήνα διαμέτρου 20-22mm και πάχους 15-17εκ.
- Να συνδέεται εύκολα σε κάθε ροόμετρο και να μην αποσυνδέεται εύκολα σε ψηλές ροές και με ξεχωριστό συνδετικό μεταξύ μάσκας και παροχής οξυγόνου.
- Να είναι κατασκευασμένη από διάφανο, καθαρό, μαλακό, ελαφρύ πλαστικό υλικό.
- Να έχει ανατομική κατασκευή για το πηγούνι και να διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα για καλύτερη συγκράτηση στο πρόσωπο ώστε η μάσκα να προσαρμόζεται εύκολα και σταθερά.
- Να είναι ικανοποιητικά μεγάλη για να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη προσώπων.
- Να διαθέτει αυξομειούμενο λάστιχο για τη συγκράτηση της μάσκας στο κεφάλι του ασθενή.
- Οι «βαλβίδες οξυγόνου» να είναι κωδικοποιημένες σε διάφορα χρώματα για μεγαλύτερη ευκολία με ποσοστό παροχής οξυγόνου από 24% έως 60%.
- Οι βαλβίδες να καλύπτουν τις ανάγκες για χορήγηση οξυγόνου τουλάχιστον για μείγματα 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 60%.
- Να είναι μιας χρήσεως συσκευασμένα σε ατομική συσκευασία αεροστεγώς κλειστά.
- Να είναι Latex-Free
- Να είναι κατασκευασμένες από απυρογενές, μη τοξικό υλικό και να αναγράφεται στην συσκευασία
- Να διαθέτουν σήμανση CE
- Να συμμορφώνεται με τα standards: EN ISO 13485:2016/ EN ISO 14971:2019/ EN ISO 11135:2014/ EN ISO 15223-1:2021/ EN ISO 20417:2021/ EN 15986:2011/ EN ISO 11737-1:2018/ EN556-1:2001/AC:2006/ EN ISO 11737-2:2020/ EN ISO 11607-1:2020/A11:2022 / EN ISO 11607-2:2020/A11:2022/ EN ISO 10993-1:2020/ EN ISO 10993-5:2009/ EN ISO 10993-10:2013/ EN ISO 10993-7:2008/AC:2022/EN ISO 11138-1:2017/ EN ISO 11138-2:2017/ EN 62366-1:2015 +A1:2020/ EN ISO 14155:2020/ EN ISO 13544-2:2002+A1:2009/ EN ISO 15001:2011/ EN ISO 14644-1:2015

• Να έχουν σειρά αριθμής

6515/17859